

Zadavatel:

Výzkumný ústav organických syntéz a.s.
č.p. 296
533 54 Rybitví

IČ: 60108975
DIČ: CZ60108975

1. Číslo a název výběrového řízení**59/2020 Sterilizační autokláv****2. Specifikace výběrového řízení**

- vertikální provedení
- objem 80-100 l
- bubny na kapalný odpad – neperforované (ideálně velikost 1/2 celého sterilizačního prostoru)
- sterilizační teplota minimálně 121 °C
- časovač
- možnost chlazení vodou
- možnost přenosu záznamu cyklu do počítače přes médium (USB disk, SD karta)
- validovatelný pro použití v SLP
- doprava, instalace, kalibrace, validace v ceně

Místo plnění	Výzkumný ústav organických syntéz a.s. č.p. 296, 533 54 Rybitví
Termín plnění	4.Q.2020
Požadavek na kvalifikaci zhotovitele	Doložit živnostenským oprávněním nebo jiným odpovídajícím dokladem.
Kritéria	Nejnižší cenová nabídka. Splatnost faktury 60 dní.
Upozornění	VUOS a.s. si vyhrazuje právo pozvat do elektronické aukce pouze dva účastníky výběrového řízení s nejnižší nabídkovou cenou.
Termín podání nabídky	viz. https://agrofert.promitea.com
Kontaktní osoby	Ve věcech technických RNDr. Eva Täublová eva.taublova@vuos.com Tel.: 724 400 592 Ve věcech smluvních Ing. Tomáš Herink tomas.herink@vuos.com Tel.: 724 400 524
Způsob předání nabídky	Elektronická tržnice: https://agrofert.promitea.com

Vypracoval: Ing. Tomáš Herink

Datum: 28.8.2020

Schválil:

Ředitel úseku žadatele: Ing. Petra Plodíková

Datum: 28.8.2020

Ředitel technického úseku: Ing. Luboš Víšek

Datum: 28.8.2020