

ZADÁVACÍ LIST VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

POS 00 71 příloha č....

Zadavatel:

Výzkumný ústav organických syntéz a.s.
č.p. 296
53354 Rybitví

IČ: 60108975
DIČ: CZ60108975

1 Číslo a název výběrového řízení:**70/2019 Laboratorní sušárna****2 Požadované parametry:**

Dodávka laboratorní sušárny dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace

Místo plnění	Výzkumný ústav organických syntéz a.s. č.p. 296, 533 54 Rybitví budova RY13
Termín plnění	15. prosince 2019
Požadavek na kvalifikaci zhotovitele	Doložit živnostenským oprávněním nebo jiným odpovídajícím dokladem.
Kritéria	Cena, záruky, dodací lhůta, splatnost
Upozornění	VUOS i vyhrazuje právo pozvat do elektronické aukce pouze dva účastníky výběrového řízení s nejnižší nabídkovou cenou.
Termín podání nabídky	Podání nabídek: do 15. 10. 2019 do 10.00 hodin Předpokládaný termín elektronické aukce: 16. 10. 2019 od 9.00 hodin
Kontaktní osoby	Ing. Miroslav Antal e-mail: miroslav.antal@vuos.com Tel.: 724 400 607
Způsob předání nabídky	Elektronická tržnice: https://agrofert.promitea.com

Vypracoval: Ing. Miroslav Antal

Datum: 4. 10. 2019

Schválil:

Ředitel úseku žadatele: Ing. Michal Bartoš

Datum: 4. 10. 2019

Ředitel technického úseku: Ing. Luboš Víšek

Datum: 4. 10. 2019

Výzkumný ústav organických syntéz a.s.
č.p. 296
533 54 Rybitví
ČESKÁ REPUBLIKA

Tel: +420 724 400 629
Fax: +420 466 822 976
e-mail:
vera.kasalova@vuos.com
homepage:www.vuos.com

Registrováno:
Krajský soud Hradec Králové,
oddíl B, vložka 1033,
D-IČO: CZ60108975





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha č. 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VŘ „LABORATORNÍ SUŠÁRNA“

Předmětem výběrového řízení je laboratorní sušárna.

Zadavatel vymezuje technické požadavky na **laboratorní sušárna** takto:

- objem minimálně 200 litrů
- maximální teplota minimálně 300°C
- ventilátor pro rovnoměrné rozprostření teploty
- rozhraní pro připojení k PC (záznam času a teploty), ovládací software

Všechny dodané komponenty musí být kompatibilní se stávajícím zařízením tak, aby byly plně funkční a sloužily k účelu, k němuž byly původně pořízeny. Součástí plnění je rovněž doprava, odborná instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení uživatelů a záruční a pozáruční servis včetně dostupnosti náhradních dílů.

Jsou-li v Zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a Zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Příloha č. 3

SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ PŘEDMĚTU VŘ

Výzkumný ústav organických syntéz a.s.
č.p. 296
533 54 Rybitví
ČESKÁ REPUBLIKA

Tel: +420 466 822 545
Fax: +420 466 823 900
e-mail: vuos@vuos.com
homepage: www.vuos.com

Registrováno:
Krajský soud, Hradec Králové,
oddíl B, vložka 1033,
D-IČO: CZ60108975





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

„Laboratorní sušárna“

Minimální technické požadavky– požadovaný parametr	ANO	NE
objem minimálně 200 litrů		
maximální teplota minimálně 300°C		
ventilátor pro rovnoměrné rozprostření teploty		
rozhraní pro připojení k PC (záznam času a teploty), ovládací software		

Vdne

.....

podpis osob(y) oprávněné jednat
jménem Uchazeče