

ZADÁVACÍ LIST VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

POS 00 71 příloha č....

Zadavatel:

Výzkumný ústav organických syntéz a.s.
č.p. 296
53354 Rybitví

IČ: 60108975
DIČ: CZ60108975

1 Číslo a název výběrového řízení:**71/2019 Laboratorní pec****2 Požadované parametry:**

Dodávka laboratorní pece dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace

Místo plnění	Výzkumný ústav organických syntéz a.s. č.p. 296, 533 54 Rybitví budova RY13
Termín plnění	15. prosince 2019
Požadavek na kvalifikaci zhotovitele	Doložit živnostenským oprávněním nebo jiným odpovídajícím dokladem.
Kritéria	Cena, záruky, dodací lhůta, splatnost
Upozornění	VUOS i vyhrazuje právo pozvat do elektronické aukce pouze dva účastníky výběrového řízení s nejnižší nabídkovou cenou.
Termín podání nabídky	Podání nabídek: do 15. 10. 2019 do 10.00 hodin Předpokládaný termín elektronické aukce: 16. 10. 2019 od 10.00 hodin
Kontaktní osoby	Ing. Miroslav Antal e-mail: miroslav.antal@vuos.com Tel.: 724 400 607
Způsob předání nabídky	Elektronická tržnice: https://agrofert.promitea.com

Vypracoval: Ing. Miroslav Antal

Datum: 4. 10. 2019

Schválil:

Ředitel úseku žadatele: Ing. Michal Bartoš

Datum: 4. 10. 2019

Ředitel technického úseku: Ing. Luboš Víšek

Datum: 4. 10. 2019



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha č. 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VŘ „LABORATORNÍ PEC“

Předmětem výběrového řízení je laboratorní pec.

Zadavatel vymezuje technické požadavky na **laboratorní pec** takto:

- objem minimálně 8 litrů
- maximální teplota minimálně 1000°C
- odtah odpadních plynů během zpopelňování vzorku
- regulace na konstantní teplotu
- rozhraní pro připojení k PC pro záznam času a teploty

Všechny dodané komponenty musí být kompatibilní se stávajícím zařízením tak, aby byly plně funkční a sloužily k účelu, k němuž byly původně pořízeny. Součástí plnění je rovněž doprava, odborná instalace, uvedené do provozu, odzkoušení, zaškolení uživatelů a záruční a pozáruční servis včetně dostupnosti náhradních dílů.

Jsou-li v Zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a Zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Příloha č. 3



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ PŘEDMĚTU VŘ „Laboratorní pec“

Minimální technické požadavky– požadovaný parametr	ANO	NE
objem minimálně 8 litrů		
maximální teplota minimálně 1000°C		
odtah odpadních plynů během zpopelňování vzorku		
regulace na konstantní teplotu		
rozhraní pro připojení k PC pro záznam času a teploty		

Vdne

.....

podpis osob(y) oprávněné jednat
jménem Uchazeče