

ZADÁVACÍ LIST VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

POS 00 71 příloha č....

Zadavatel:

Výzkumný ústav organických syntéz a.s.
č.p. 296
53354 Rybitví

IČ: 60108975
DIČ: CZ60108975

1 Číslo a název výběrového řízení:**72/2019 Turbidimetr****2 Požadované parametry:**

Dodávka Turbidimetru dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace

Místo plnění	Výzkumný ústav organických syntéz a.s. č.p. 296, 533 54 Rybitví budova RY13
Termín plnění	15. prosince 2019
Požadavek na kvalifikaci zhotovitele	Doložit živnostenským oprávněním nebo jiným odpovídajícím dokladem.
Kritéria	Cena, záruky, dodací lhůta, splatnost
Upozornění	VUOS i vyhrazuje právo pozvat do elektronické aukce pouze dva účastníky výběrového řízení s nejnižší nabídkovou cenou.
Termín podání nabídky	Podání nabídek: do 15. 10. 2019 do 10.00 hodin Předpokládaný termín elektronické aukce: 16. 10. 2019 od 11.00 hodin
Kontaktní osoby	Mgr. Jan Vaněček e-mail: jan.vanecek1@vuos.com Tel.: 724 400 611
Způsob předání nabídky	Elektronická tržnice: https://agrofert.promitea.com

Vypracoval: Mgr. Jan Vaněček

Datum: 4. 10. 2019

Schválil:

Ředitel úseku žadatele: Ing. Michal Bartoš

Datum: 4. 10. 2019

Ředitel technického úseku: Ing. Luboš Víšek

Datum: 4. 10. 2019



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha č. 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VŘ „TURBIDIMETR“

Předmětem výběrového řízení je turbidimetr (zákalometr).

Zadavatel vymezuje technické požadavky na **turbidimetr** takto:

Turbidimetr pro měření zákalu roztoků splňující níže uvedené požadavky Českého lékopisu (Evropského lékopisu) na stanovení čirosti a stupně opalescence tekutin, splňujícího požadavky 21 CFR part 11, včetně instalace a kompletní kvalifikace (IQ/OQ) přístroje.

Minimální rozsah	0,01 - 1000 NTU
Rozlišení	0,01 NTU pro rozsah 0 – 9,99 NTU 0,1 NTU pro rozsah 10 – 99,9 NTU 1 NTU pro rozsah nad 100 NTU
Přesnost	± (10% odečtu + 0,01 NTU) pro rozsah 0 - 20 NTU ±7,5% odečtu pro rozsah 20 - 1100 NTU
Opakovatelnost	±0,05 NTU pro rozsah 0 - 20 NTU ±2% odečtu pro rozsah 20 - 1100 NTU

Součástí plnění je rovněž doprava, odborná instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení uživatelů a záruční a pozáruční servis včetně dostupnosti náhradních dílů.

Jsou-li v Zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a Zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Příloha č. 2

SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ PŘEDMĚTU VŘ

Výzkumný ústav organických syntéz a.s.
č.p. 296
533 54 Rybitví
ČESKÁ REPUBLIKA

Tel: +420 466 822 545
Fax: +420 466 823 900
e-mail: vuos@vuos.com
homepage: www.vuos.com

Registrováno:
Krajský soud, Hradec Králové,
oddíl B, vložka 1033,
D-IČO: CZ60108975





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

„Turbidimetr“

Minimální technické požadavky – požadovaný parametr	ANO	NE
Rozsah měření 0,01 - 1000 NTU		
Rozlišení 0,01 NTU pro rozsah 0 - 9,99 NTU		
Rozlišení 0,1 NTU pro rozsah 10 - 99,9 NTU		
Rozlišení 1 NTU pro rozsah nad 100 NTU		
Přesnost \pm (10% odečtu + 0,01 NTU) pro rozsah 0 - 20 NTU		
Přesnost \pm 7,5% odečtu pro rozsah 20 - 1100 NTU		
Opakovatelnost \pm 0,05 NTU pro rozsah 0 - 20 NTU		
Opakovatelnost \pm 2% NTU pro rozsah 20 - 1100 NTU		
Nabídka obsahuje instalační, operační kvalifikaci		
Přístroj splňuje požadavky 21 CFR part 11		

Vdne

.....

podpis osob(y) oprávněné jednat
jménem Uchazeče

Výzkumný ústav organických syntéz a.s.
č.p. 296
533 54 Rybitví
ČESKÁ REPUBLIKA

Tel: +420 466 822 545
Fax: +420 466 823 900
e-mail: vuos@vuos.com
homepage: www.vuos.com

Registrováno:
Krajský soud, Hradec Králové,
oddíl B, vložka 1033,
D-IČO: CZ60108975

